项目需求

序号	货物名称	数量	单位	技术需求
1	电脑角膜验光仪	2	台	1.球镜：-25D～+22D（0.12D/0.25D 精度）； 2.柱镜：0D～±10D（0.12D/0.25D 精度）； 3.轴向：0°～180°（1°或 5°精度）； 4.最小瞳孔直径：Φ2.0mm； 5.角膜曲率半径：5.00mm～10.00mm（0.01mm 精度）； 6.角膜折射率参数：1.3375； 7.角膜屈光参数：67.5D～33.75D（0.12D/0.25D 精度）； 8.角膜散光：0D～±10D（0.12D/0.25D 精度）； 9.角膜散光轴向：0°至 180°（1°和 5°精度）； ▲10.操作方式：8.5 英寸彩色触摸屏以及操纵杆两种操纵模式； ▲11.旋转棱镜测量系统。在瞳孔直径为 2mm 的情况下仍可保证测量数据的准确和可靠性；（要求提供相关证明文件） 打印纸切纸方式：自动切纸； ▲12.瞳距测量范围：20～85mm（0.5 mm 精度）； 13.数据传输方式：USB(输入)，RS-232C(输出)，LAN(输出)； 14 电源：100-240V 交流。